口腔内撮影用ミラー保温／保管容器

湯器ちゃん

ミラーをお湯に浸けずに使用頂けます。ミラーと口角鉤を同時に収納出来ます。



70℃前後のお湯を注ぎ口
から入れてください。



内側の溝（2本）には、お湯を入れません。

お湯の量は、矢印の位置迄です。



撮影後のミラーは、お湯の溝に入れるか容器に戻さずガーゼなどの上に置いてください。

※ミラーの汚が直接容器に付着するのを防止します。





- 食洗機は使用しないでください。
- 超音波洗浄機のご使用は、お止めください。
- 撮影用ミラーの保温、保管以外のご使用はお止めください
- 落下などの強い衝撃や加圧は、避けてください。
- ガスバーナーなどの火気類に近づけることは、避けてください、
- 形状変更するような「加工」は、お止めください。
- 耐熱温度は「120℃」です。
- 塩化ベンゼトニウム系薬剤のご使用は、お止めください。