2016 年 4 月改訂(第 2 版) ＊　　届出番号:27B2X00041000107 号
2009年11月作成(第1版)

器 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 JMDN38782000

C－R シリンジチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止、併用禁忌】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】＊

1. 形 状



(チューブ)　(プラグ)

2. 原 理
本材は、市販のC−Rシリンジの先端に取り付けて使用する充填用半透明チューブで、残量がわかりやすく、無駄のない必要量でスピーディーに充填を行うことができる。

3. 仕 様
材 質 :チューブ ／ ポリプロピレン
:プラグ ／ ラバー製
色 :チューブ ／ 半透明
:プラグ ／ グレー

【使用目的又は効果】
1. 使用目的
複合レジン充填材及びセメントを窩洞に輸送する際に、市販のC−Rシリンジの先端抽出口に装着して用いる。
2. 効果
1) ペースト状、ジェル状の充填材料を形成部位に無駄なく、スピーディーに注入できる。
2) 気泡の入らないセメント合着ができる。
3) 既製のポストを挿入後、そのまま直接コアの築造へと移行できるので、連続した作業が行える。

【使用方法等】
使用方法
1) チューブの後方口から、充填する材料をチューブの半分位まで入れプラグで蓋をする。
2) 余分な材料は拭き取る。
3) CRシリンジのプランジャーを後ろに引き、シリンジ先端開口部にチューブを取り付ける。
4) ゆっくり一定の力で充填材料を押し出し、形成部位に充填する。

【使用上の注意】
1) 本材は使い捨てなので、患者毎に取り換えること。
2) 本材に傷や材質の劣化及び汚損等がある場合は使用しないこと。
3) チューブの半分以上に材料を充填しないこと。
4) チューブ・プラグには、アルコール及び、薬液は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
保管方法
1) 本材は高温、多湿及び直射日光や水のかかるおそれのある場所を避けて保管すること。
2) 本材は室温で、外圧(物理的負荷)を受けない清潔な場所に保管すること。
3) 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者: サンデンタル株式会社
製 造 業 者: 塩城市塩都区林海橡望製品工場
製造所国名: 中華人民共和国

取扱説明書等を必ずご参照下さい。